



CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Nazwa urzędu certyfikacji:	GÉPTESZT Kft.	Telefon:	+3612503531
Numer identyfikacyjny UE jednostki notyfikowanej:	2233	Faks:	+ 3614300888
Adres:	ul. Jablonka 79, 1037 Budapeszt, WĘGRY	E-mail:	gepteszt@gepteszt.hu

Ten certyfikat badania typu UE jest ważny tylko z zapieczętowaną próbką identyfikacyjną (próbka autentyczna) i dokumenty wymienione poniżej. Certyfikatu badania typu UE nie można przenosić.

1. Nazwa produktu: półmaska z filtrem cząstek

BreaSAFE MASKA SPOŁECZNA FFP2 Jednorazowa półmaska z filtrem cząstek stałych bez zaworów.

Numer seryjny/model: BreaSAFE COMMUNITY MASK FFP2

Rok produkcji: 2021

2. Nazwa i adres posiadacza certyfikatu (Producent lub autoryzowany przedstawiciel):

NANO4FIBERS FACTORY sro

Numer identyfikacyjny producenta: 09182560 NIP: CZ09182560

Adres: Zizkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem, REPUBLIKA CZESKA

3. Nazwa i adres producenta: jw (poz. 2)

4. Zdolność ochronna środków ochrony indywidualnej: Sprzęt ochrony osobistej do ochrony dróg oddechowych. Kategoria III.

EN 149:2001+A1:2009 Klasa FFP2 NIE

5. Dane identyfikacyjne raportu z badania zgodności ŚOI:


- a. Urząd certyfikacji: *GÉPTESZT Kft.*
 Dziennik kontroli: VD35/218/2101/E/2233
 b. Identyfikacja ciała: NB2233

6. Dokumentacja zgodności z zasadniczymi wymaganiami BHP: Normy krajowe w pełni stosowane podczas produkcji ŚOI:

Kategoria III. EN 149:2001+A1:2009 Klasa FFP2 NIE

Załączniki:

- Informacje o użytkowniku
- Dokumentacja techniczna

7.  Wymagania dotyczące oznakowania CE: Rozmiar oznakowania CE nie może być mniejszy niż 5 mm. Znak CE musi znajdować się na etykiecie produktu

8. Dalsze informacje na temat ŚOI: Producent nie może wprowadzać do obrotu ani oddawać do użytku żadnych ŚOI kategorii III bez zawarcia formalnej umowy z jednostką notyfikowaną w sprawie zgodności z oceną typu.

Certyfikat badania typu UE zostanie cofnięty, jeżeli spełnione zostaną wymagania określone w art. 32 pkt 5. oraz w załączniku V. 7.7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425.

Odwołanie można złożyć od warunku określonego w certyfikacie badania typu UE. Aplikacja


for appeal should be submitted to the Director Manager of GÉPTESZT Kft., and the application will be judged by the board of GÉPTESZT Kft. Certificate Body.

Badany typ odpowiada rozporządzeniu (UE) 2016/425 Parlamentu Europejskiego Rady.

Ten certyfikat jest ważny do 12^{ten}styczeń 2026

Budapeszt, 12^{ten}styczeń 2021 WĘGRY

5 **GÉPTESZT Kft.**
EVE Tanúsító Szervezet
NB 2233
1037 Budapest, Jablonka u.79.



 Budai István
 Szefjeđnőstke certifikacije Rn